

問題101 非密封線源の安全管理と取扱いについて正しいのはどれか。

66回(午後)

- 1. 除染処理は汚染箇所の外側から中心部に向けて行う。
- 2. 管理区域内の床面や壁は液体が浸透しやすい材質とする。
- 3. ポリエチレン紙はポリエチレン側が上側になるように敷く。
- 4. 管理区域内では放射性核種を取り扱っていない場合は飲食をしてもよい。
- 5. ハンドフットクロスマニタ使用時にはスリッパを脱いで汚染の有無を確認する。

問題102 在宅医療におけるX線撮影で正しいのはどれか。

- 1. 歯科用X線撮影は行わない。
- 2. 脱臼整復のためX線透視を行う。
- 3. 可搬形装置のため保守管理の必要はない。
- 4. 撮影時に家族は患者は患者から1 m離れて待機する。
- 5. 撮影者は0. 25 mm鉛当量の防護衣を着用する。

問題1 細胞外液より細胞内液の濃度が高いのはどれか。

- 1. Cl^-
- 2. H^+
- 3. HCO_3^-
- 4. K^+
- 5. Na^+

問題2 皮質と髄質で構成されるのはどれか。2つ選べ。

- 1. 甲状腺
- 2. 肝臓
- 3. 脾臓
- 4. 副腎
- 5. 腎臓

問題3 腹腔内臓器はどれか。

- 1. 副腎
- 2. 脾臓
- 3. 腎臓
- 4. 卵巣
- 5. 膀胱

問題4 最も尾側に位置する構造はどれか。

- 1. 顎下腺
- 2. 甲状腺
- 3. 喉頭蓋
- 4. 耳下腺
- 5. 軟口蓋

問題5 粘膜が重層扁平上皮で覆われているのはどれか。2つ選べ。

- 1. 口腔
- 2. 食道
- 3. 胃
- 4. 回腸
- 5. S状結腸

問題6 関節を形成しないのはどれか。

1. ツチ骨
2. 舌 骨
3. 胸 骨
4. 肋 骨
5. 仙 骨

問題7 Lisfranc（リスフラン）関節を構成するのはどれか。

1. 脛 骨
2. 距 骨
3. 踵 骨
4. 舟状骨
5. 立方骨

問題8 肩関節の運動に関与しないのはどれか。

1. 回外筋
2. 棘上筋
3. 広背筋
4. 三角筋
5. 大円筋

問題9 後縦隔に存在するのはどれか。

1. 胸 腺
2. 気管支
3. 奇静脈
4. 横隔神経
5. 腕頭動脈

問題10 胸管が流入する血管はどれか。

1. 門 脈
2. 上大静脈
3. 下大静脈
4. 左鎖骨下静脈
5. 右鎖骨下静脈

問題11 赤血球を分解するのはどれか。2つ選べ。

1. 肝 臓
2. 骨 髄
3. 腎 臓
4. 脾 臓
5. リンパ節

問題96 エックス線装置の届出で医療法施行規則に規定されていないのはどれか。

1. 放射線診療従事者の数
2. エックス線装置の型式及び台数
3. 障害防止に関する予防措置の概要
4. 病院または診療所の名称及び所在地
5. エックス線高電圧発生装置の定格出力

問題97 医療法施行規則で定める場所と実効線量限度の組合せで正しいのはどれか。

1. 一般病室 ————— 250 μ Sv/3月
2. 病院の居住区域 ————— 1 mSv/年
3. 管理区域の境界 ————— 1 mSv/3月
4. 病院の敷地の境界 ————— 250 μ Sv/3月
5. 放射線治療病室の画壁の外側 ——— 1.3 mSv/週

問題98 放射線障害防止法における放射線業務従事者の健康診断で規定されているのはどれか。2つ選べ。

1. 健康診断の結果は電磁方法により最長3年間保存する。
2. 実効線量限度を超えて被ばくしたおそれがある時に行う。
3. 管理区域に立ち入った後は6か月を超えない期間ごとに行う。
4. 一時的に管理区域に立ち入る場合でも初めての場合には事前に行う。
5. 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染されたおそれがある時に行う。

問題99 放射線測定器と使用用途の組合せで正しいのはどれか。

1. TLD ————— 個人の内部被ばく線量測定
2. ガラス線量計 ————— 排水中の放射性同位元素濃度測定
3. GM管式サーベイメータ ————— X線診療室の漏洩線量測定
4. 電離箱式サーベイメータ ————— 管理区域床面の表面汚染測定
5. NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ ——— 環境の空間線量率測定

問題100 100 MBqの¹⁸F線源から2 m離れた地点で毎回15分間、年間80回の¹⁸F - FDG腫瘍PETを行った従事者の年間被ばく線量〔 μ Sv〕に最も近いのはどれか。

ただし、¹⁸Fの実効線量率定数は、 0.14μ Sv $\cdot$ m² $\cdot$ MBq⁻¹ $\cdot$ h⁻¹とする。

1. 7
2. 56
3. 70
4. 140
5. 280

問題90 ウィナーズペクトルについて正しいのはどれか。

- 1. 体積の次元を持つ。
- 2. 値が小さいほどNE0は小さい。
- 3. 濃度変動をフーリエ変換して求める。
- 4. 値が大きいほど信号の検出能は優れる。
- 5. 高空間周波数領域は量子モトルに影響される。

問題91 ROC解析について正しいのはどれか。

- 1. 解析結果は物理的評価と一致する。
- 2. ROC曲線の横軸は真陽性率である。
- 3. ROC曲線下の面積の最大値は0.5である。
- 4. ROC曲線は評価の難易度に影響されない。
- 5. ROC曲線間の統計的有意差検定にJackknife法が用いられる。

問題92 DOEで正しいのはどれか。

- 1. 面積の次元を持つ。
- 2. X線光子の利用効率を表す。
- 3. 出力画像のSN比に対応する。
- 4. NE0と入射光子数との積である。
- 5. 同一の値であれば解像特性は等しい。

問題93 放射線防護体系に対する考え方で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1. 医療被ばくは線量拘束値を超えてはならない。
- 2. 被ばくを伴う行為は正当化されなければならない。
- 3. 防護の正当化は経済的・社会的要因を考慮しなければならない。
- 4. 医療被ばくを除き、個人の被ばくは線量限度を超えてはならない。
- 5. 被ばく行為は最適化、正当化、線量限度の順に考慮しなければならない。

問題94 局所被ばくの場合に実効線量が最も低い組合せはどれか。

ただし、放射線加重係数、組織加重係数は国際放射線防護委員会（ICRP）2007年勧告の値とする。

- 1. 食道 ――― 光子
- 2. 乳房 ――― 電子
- 3. 唾液腺 ――― 陽子
- 4. 甲状腺 ――― α 粒子
- 5. 生殖腺 ――― 中性子

問題95 診療放射線技師法で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1. 照射録は、指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。
- 2. 医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に照射してはならない。
- 3. 医師又は歯科医師の指示の下に、放射線照射器具を人体に挿入して照射を行うことを業とする。
- 4. 業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないが、診療放射線技師でなくなった後はこの限りではない。
- 5. 医師又は歯科医師の包括的な指示のもと、診療の補助として造影剤注入のために静脈穿刺を行うことができる。

問題12 腎臓で産生されるのはどれか。2つ選べ。

- 1. レニン
- 2. カルシトニン
- 3. バソプレシン
- 4. パラトルモン
- 5. エリスロポエチン

問題13 自律神経機能を調節するのはどれか。

- 1. 小 脳
- 2. 線条体
- 3. 辺縁系
- 4. 連合野
- 5. 視床下部

問題14 味覚障害に関連するのはどれか。

- 1. 亜 鉛
- 2. カリウム
- 3. カルシウム
- 4. ナトリウム
- 5. アルミニウム

問題15 飛沫感染するのはどれか。2つ選べ。

- 1. 破傷風菌
- 2. ノロウイルス
- 3. 風疹ウイルス
- 4. インフルエンザウイルス
- 5. ヒトパピローマウイルス

問題16 垂直感染するのはどれか。2つ選べ。

- 1. 結核菌
- 2. 麻疹ウイルス
- 3. A型肝炎ウイルス
- 4. B型肝炎ウイルス
- 5. ヒト免疫不全ウイルス

問題17 ショックの原因とならないのはどれか。

- 1. 脱 水
- 2. 肺炎腫
- 3. 急性心筋梗塞
- 4. 心タンポナーデ
- 5. アナフィラキシー

問題18 疲労骨折を最も生じやすいのはどれか。

- 1. 鎖 骨
- 2. 尺 骨
- 3. 大腿骨
- 4. 腓 骨
- 5. 中足骨

問題19 成人における無気肺の原因で頻度が高いのはどれか。

- 1. 肺 癌
- 2. 心不全
- 3. 気管支異物
- 4. 気管支喘息
- 5. 慢性閉塞性肺疾患

問題20 動脈硬化が原因となるのはどれか。2つ選べ。

- 1. 心筋梗塞
- 2. 拡張型心筋症
- 3. 深部静脈血栓症
- 4. 腎血管性高血圧症
- 5. 原発性肺高血圧症

問題21 欠乏することで血液凝固異常を生じるのはどれか。

- 1. ビタミンA
- 2. ビタミンB₁
- 3. ビタミンB₆
- 4. ビタミンE
- 5. ビタミンK

問題22 子宮に最も高頻度に生じる良性腫瘍の由来細胞はどれか。

- 1. 子宮頸部間質線維細胞
- 2. 子宮体部漿膜上皮細胞
- 3. 子宮体部筋層平滑筋細胞
- 4. 子宮体部内膜腺上皮細胞
- 5. 子宮頸部頸管円柱上皮細胞


問題23 くも膜下出血の原因で最も頻度が高いのはどれか。

- 1. 外 傷
- 2. 脳梗塞
- 3. 脳動脈瘤
- 4. 脳内出血
- 5. 脳動静脈奇形


問題88 関数f(x)をフーリエ変換して得た関数F(u)を図に示す。f(x)を表すのはどれか。




1.




2.




3.



4.



5.




問題89 デジタル特性曲線で誤っているのはどれか。

- 1. 入出力の線形性を評価できる。
- 2. システムのコントラスト特性を評価できる。
- 3. 入射X線量のダイナミックレンジを評価できる。
- 4. タイムスケール法による測定は相反則不軌の影響を受ける。
- 5. ブーツストラップ法による測定は散乱X線の影響を受ける。

問題87 頭痛を訴えて救急外来を受診した際に撮影した頭に撮影した頭部単純CT像（別冊No. 7）を別に示す。最も考えられる状態はどれか。

No. 7



- 1. 脳内出血
- 2. くも膜嚢腫
- 3. 硬膜下血腫
- 4. 硬膜外血腫
- 5. くも膜下出血

問題24 疾患とその原因となるホルモンの組合せで正しいのはどれか。

- 1. 糖尿病 — プロラクチン
- 2. 尿崩症 — アルドステロン
- 3. 褐色細胞腫 — グルカゴン
- 4. Basedow（バセドウ）病 — サイロキシン
- 5. Cushing（クッシング）症候群 — ドパミン

問題25 成人と比較して小児に生じる頻度が高いのはどれか。

- 1. 神経芽腫
- 2. 褐色細胞腫
- 3. 転移性副腎腫瘍
- 4. 原発性アルドステロン症
- 5. Cushing（クッシング）症候群

問題26 前立腺癌の治療に用いるのはどれか。

- 1. ⁹⁰Y内用療法
- 2. ラジオ波焼灼療法
- 3. 内視鏡的粘膜切除術
- 4. ¹⁹²Ir密封小線源永久挿入法
- 5. 強度変調放射線治療（IMRT）

問題27 肺血栓塞栓症に用いられない治療法はどれか。

- 1. 外科的血栓摘除術
- 2. 経皮的血栓摘除術
- 3. 経皮的血栓溶解術
- 4. 経皮的ステント留置術
- 5. 下大静脈フィルター留置術

問題28 電離放射線作業に伴う健康障害でないのはどれか。

- 1. 肺炎腫
- 2. 白血病
- 3. 白内障
- 4. 皮膚潰瘍
- 5. 再生不良性貧血

問題29 病院のインシデント報告を利用する目的で適切でないのはどれか。

- 1. 職場環境の整備
- 2. 再発防止対策の検討
- 3. 他部署との情報共有
- 4. インシデントの当事者の責任追及
- 5. インシデントを生じた要因の分析

問題30 ヨード造影剤の使用を決定する際に最も注意すべき項目はどれか。

- 1. 貧血
- 2. 出血傾向
- 3. 肝機能障害
- 4. 腎機能障害
- 5. 呼吸機能障害

問題31 生体に放射線を照射すると起こる現象で、最も短時間で生じるのはどれか。

- 1. 塩基損傷
- 2. DNA修復
- 3. 酵素の誘導
- 4. アポトーシス
- 5. コンプトン散乱

問題32 γ線によるDNA損傷について正しいのはどれか。

- 1. 一重鎖切断は修復されない。
- 2. 二重鎖切断は細胞死に関連する。
- 3. 塩基損傷は二重鎖切断より少ない。
- 4. 一重鎖切断数はイオン数に等しい。
- 5. 二重鎖切断の修復機構は一種類である。

問題33 半致死線量LD_{50/30}を概ばくしたときの主な死因はどれか。

- 1. 骨髄障害
- 2. 皮膚障害
- 3. 呼吸器障害
- 4. 消化管障害
- 5. 中枢神経障害

問題34 内部被ばくの原因になる天然放射性核種はどれか。2つ選べ。


- 1. ⁴⁰K
- 2. ⁹⁰Sr
- 3. ¹³¹I
- 4. ¹³⁷Cs
- 5. ²²²Rn

問題35 国際放射線防護委員会（ICRP）2007年勧告による、全集団に対するがんの「低線量率放射線被ばく後の確率的影響に対する損害で調整された名目リスク係数[Sv⁻¹]」はどれか。

- 1. 5.5×10^{-1}
- 2. 5.5×10^{-2}
- 3. 5.5×10^{-3}
- 4. 5.5×10^{-4}
- 5. 5.5×10^{-5}

問題85 造影後の三次元腹部CT像（別冊No. 5）を別に示す。正しい組合せはどれか。

No. 5



- 1. ア ——— 腹腔動脈
- 2. イ ——— 上行結腸
- 3. ウ ——— 下腸間膜動脈
- 4. エ ——— 直腸

5. オ ——— 内腸骨動脈

問題86 頸動脈性造影CT像（別冊No. 6 A、B）を別に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

No. 6 A




No. 6 B



- 1. AはCTAPである。
- 2. 腹水貯留を認める。
- 3. 門脈閉塞を認める。
- 4. 食道静脈瘤を認める。
- 5. 腹腔内出血を認める。

問題83 胸部X線写真（別冊No. 3）を別に示す。最も考えられるのはどれか。

No. 3



1. 気 胸
2. 肺水腫
3. 間質性肺炎
4. 胸部大動脈瘤
5. サルコイドーシス

問題84 食道X線造影写真（別冊No. 4A）とCT像（別冊No. 4B）を別に示す。考えられるのはどれか。

No. 4 A



1. 食道癌
2. 食道静脈瘤
3. 逆流性食道炎
4. 食道平滑筋腫
5. 食道裂孔ヘルニア

No. 4 B



問題36 妊娠中に2 Gy被ばくした場合、奇形が生じる可能性が高い時期はどれか。

1. 受 精
2. 着 床
3. 器官形成期
4. 胎児期
5. 出 産

問題37 放射線感受性が2番目に高いのはどれか。

1. 骨
2. 肺
3. 皮 膚
4. 生殖腺
5. リンパ球

問題38 放射線感受性が3番目に高いのはどれか。

1. 腎 癌
2. 乳 癌
3. 甲状腺癌
4. 悪性リンパ腫
5. 多発性骨髄腫

問題39 放射線感受性が高いのはどれか。2つ選べ。

1. G₀期
2. G₁期後期
3. G₂期
4. M期
5. S期後半～G₂期初期

問題40 高LET放射線の特徴として正しいのはどれか。

1. 酸素効果比が高い。
2. 細胞周期依存性が高い。
3. 細胞の損傷からの回復が早い。
4. 陽子線は高LET放射線である。
5. 放射線低感受性の腫瘍の治療に適する。

問題41 波長が0.041 nmである光子のエネルギー[keV]はどれか。

ただし、プランク定数=6.6×10⁻³⁴ Js、光速度=3.0×10⁸ m/s、1 eV=1.6×10⁻¹⁹ Jとする。

1. 4.8
2. 12
3. 20
4. 30
5. 48

問題42 原子番号Z、質量数A、密度 ρ [g/cm³] の物質1 cm³中の電子数はどれか。
ただし、アボガドロ定数を N_A とする。

1. $\frac{\rho N_A}{ZA}$

2. $\frac{ZN_A}{\rho A}$

3. $\frac{N_A}{\rho AZ}$

4. $\frac{\rho ZN_A}{A}$

5. $\frac{ZAN_A}{\rho}$

問題43 原子核について誤っているのはどれか。

- 1. 核子は強い相互作用で結合している。
- 2. 直径はおおよそ 10^{-16} から 10^{-14} mである。
- 3. 中間子はクォークと反クォークで構成されている。
- 4. 1核子当たりの結合エネルギーはおおよそ20 MeVである。
- 5. 中性子はアップクォーク1個とダウンクォーク2個で構成されている。

問題44 N個の放射性同位元素の放射能がAであるとき半減期はどれか。

1. $\frac{AN}{\log_e 2}$

2. $\frac{\log_e 2}{AN}$


3. $\frac{A \log_e 2}{N}$

4. $\frac{N \log_e 2}{A}$

5. $AN \log_e 2$

問題81 左手関節の後前方向のX線写真（別冊No. 1）を別に示す。正しい組合せはどれか。


No. 1



- 1. ア ——— DIP関節
- 2. イ ——— 基節骨
- 3. ウ ——— 舟状骨
- 4. エ ——— 尺 骨
- 5. オ ——— 有頭骨

問題82 頸椎X線正面写真（別冊No. 2）を別に示す。正しいのはどれか。

No. 2



- 1. 開口させて撮影している。
- 2. ドッグラインが確認できる。
- 3. 脊柱管の前後径を計測できる。
- 4. 束ねた髪の毛が描出されている。
- 5. X線中心は頭尾方向15°で斜入している。

問題75 水溶性ヨード造影剤で正しいのはどれか。

1. 血漿より浸透圧が低い。
2. 使用前にはヨードテストを実施する。
3. 経口投与では大部分が尿中から排泄される。
4. モノマー型製剤はダイマー型製剤よりも分子量が大きい。
5. 非イオン性製剤はイオン性製剤よりも即時型副作用が少ない。

問題76 心臓カテーテル検査で正しいのはどれか。

1. 油性造影剤を使用する。
2. 左室造影像から駆出率を評価できる。
3. 右冠動脈造影では回旋枝が造影される。
4. 大腸動脈から挿入したカテーテルは腹腔動脈を経て心臓へ到達する。
5. 左冠動脈造影ではSwan-Ganz（スワン・ガンツ）カテーテルを使用する。

問題77 IVRIについて疾患と手技の組合せで正しいのはどれか。

1. 胆管癌 ——— ステント留置
2. 肝細胞癌 ——— 血栓溶解術
3. 骨盤骨折 ——— エタノール注入
4. 冠動脈狭窄 ——— リザーバー留置
5. 脳動脈瘤破裂 ——— 血管拡張術

問題78 X線CTで正しいのはどれか。

1. 正常な肝臓のCT値は脂肪より高い。
2. 石灰化の描出能はMRIより劣っている。
3. 上腹部の単純CTでは検査前日から絶飲食とする。
4. 脳梗塞巣は正常な脳実質より高い吸収域を呈する。
5. 消化管に残存する硫酸バリウムはアーチファクトとならない。


問題79 腹部のダイナミックCTで正しいのはどれか。

1. 撮影は自由呼吸下で行う。
2. 造影剤はボラス投与する。
3. 非放射性的のXeガスを使用する。
4. 一度の息止めで多時相を撮影する。
5. 位置決め画像の撮影は造影剤注入開始後に行う。

問題80 DXA法による骨塩定量検査で正しいのはどれか。

1. CT装置を使用する。
2. 骨密度の単位は g/cm^2 である。
3. 測定部位は第2中手骨である。
4. 軟部組織の影響を排除するために水を利用する。
5. アルミニウム製の基準物質を撮影する必要がある。

問題45 診断領域X線のエネルギースペクトルを図に示す。正しいのはどれか。



1. Aの管電圧は95 kVである。
2. AとBの管電流は同じである。
3. AとBのターゲットは異なる。
4. Bにフィルタを付加するとAの形状に近づく。
5. AとBにL殻への遷移による特性X線が認められる。

問題46 鉛の電子に対する放射阻止能と衝突阻止能がほぼ等しくなるエネルギー [MeV] はどれか。

ただし、鉛の原子番号は82である。


1. 5
2. 10
3. 15
4. 20
5. 25

問題47 同じ運動エネルギーをもつ陽子線と α 線の質量衝突阻止能の比はどれか。

1. 1
2. 2
3. 4
4. 8
5. 16

問題48 重荷電粒子と物質の相互作用で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 核破砕が生じる。
2. 放射損失は小さい。
3. 電子との衝突で大きく散乱する。
4. 衝突損失は荷電数に反比例する。
5. 衝突損失はエネルギーに比例する。

- 問題49 中性子で正しいのはどれか。2つ選べ。
1. β 線変する。
 2. 直接電離放射線である。
 3. 原子核のクーロン場で散乱する。
 4. ^{252}Cf の自発核分裂で放出される。
 5. 熱中性子のエネルギーは約2.5 eVである。
- 問題50 固有音速が最も速いのはどれか。
1. 骨
 2. 水
 3. 肝臓
 4. 空気
 5. 血液
- 問題51 磁気について正しいのはどれか。
1. 磁束密度は物質の透磁率に反比例する。
 2. 磁気モーメントは磁石に固有の値である。
 3. コイル中に蓄積される電磁エネルギーは流れた電流に反比例する。
 4. 直線電流に直角に発生する磁界の強さは電流までの距離に比例する。
 5. 自己インダクタンスは流れる電流と発生する誘発磁束の積で定義される。
- 問題52 コンデンサ回路を図に示す。
正しいのはどれか。2つ選べ。
ただし、 C_1 の電荷は $8\mu\text{C}$ とする。
- 
1. 合成容量は $0.8\mu\text{C}$ である。
 2. C_2 にかかる電圧は8 Vである。
 3. C_2 に蓄えられる電荷は $32\mu\text{C}$ である。
 4. C_1 にかかる電圧は C_2 より大きい。
 5. Eは20 Vである。
- 問題69 X線撮影でコントラスト対雑音比 (CNR) を向上させる方法で正しいのはどれか。
ただし、他の条件は一定とする。
1. 照射野を広くする。
 2. 管電圧を低くする。
 3. 撮影距離を長くする。
 4. 管電流を小さくする。
 5. 撮影時間を短くする。
- 問題70 X線撮影条件が75 kV、400 mA、0.4 s、100 cmのとき、蛍光量が90であった。
X線撮影条件を75 kV、200 mA、0.2 s、150 cmに変更したときの蛍光量はどれか。
1. 10
 2. 15
 3. 20
 4. 30
 5. 45
- 問題71 体表基準と脊椎の位置との組合せで正しいのはどれか。
1. 下顎角 ———— 第1頸椎レベル
 2. 胸骨柄上縁 ———— 第7頸椎レベル
 3. 剣状突起 ———— 第10胸椎レベル
 4. 腸骨上縁 ———— 第3腰椎レベル
 5. 恥骨結合上縁 ———— 第2仙椎レベル
- 問題72 腹部単純X線撮影で正しいのはどれか。
1. ニポーは石灰化のサインである。
 2. 120 kV程度の管電圧で撮影される。
 3. 吸気停止下では可検領域が広くなる。
 4. 立位正面撮影では横隔膜を確実に含む。
 5. 腹腔内遊離ガスの観察には背臥位が適している。
- 問題73 X線撮影法と観察部位の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
1. マルチウス法 ———— 頤間窩
 2. ステンバース法 ———— 錐体
 3. ウォータース法 ———— 後頭蓋窩
 4. ローゼンバーク法 ———— 肩甲骨
 5. ラウエンシュタイン法 ———— 股関節
- 問題74 乳房C-C方向撮影において正しいのはどれか。
1. 乳房支持台の角度は45度である。
 2. 管電圧は圧迫乳房厚に正比例する。
 3. 自動露出制御 (AEC) は使用しない。
 4. ML0方向撮影より圧迫圧を弱くする。
 5. 外側上部はブラインドエリアになりやすい。

問題64 1回の照射による変化を繰り返し読み取り可能な検出器はどれか。2つ選べ。


- 1. MOS FET
- 2. 蛍光ガラス
- 3. イメージングプレート
- 4. フラットパネルディテクタ
- 5. ラジオクロミックフィルム

問題65 光子線の線量計測で誤っているのはどれか。

- 1. 照射線量は電子平衡状態で測定する。
- 2. 電子平衡状態では吸収線量とカーマは等しい。
- 3. 照射線量には二次電子から発生する制動放射線による電荷が含まれる。
- 4. 電子平衡状態では物質の吸収線量は質量エネルギー吸収係数に比例する。
- 5. カーマには荷電粒子の初期運動エネルギーに制動放射線として放出されるエネルギーが含まれる。

問題66 α 線源と β 線源の混合線源を2 π ガスフロー比例計数管で計測した場合の印加電圧による計数率の変化を図に示す。

α 線源の放射能[Bq]はどれか。
ただし、 α 線、 β 線に対する検出効率1とする。




- 2. 1.5
- 3. 2.0
- 4. 2.7
- 5. 4.1

問題68 X線撮影時の診療放射線技師の行為で適切なのはどれか。

- 1. 肩関節正面撮影時に整位を透視下で行った。
- 2. 尿道造影検査時に造影剤を逆行性に投与した。
- 3. 血管造影検査時に造影剤を血管内に投与した。
- 4. 骨盤正面撮影時に卵巢防護の目的で鉛プロテクタを使用した。
- 5. 頸椎側面撮影時に耳に付けているピアスを外すように指示した。


問題53 正弦波交流回路の電圧波形 v と電流波形 i を図に示す。消費電力[W]に最も近いのはどれか。



- 1. 38
- 2. 65
- 3. 75
- 4. 130
- 5. 150


問題54 コンデンサを10 Vに充電した後、抵抗で放電した場合の経時的な電圧の変化を図に示す。

この放電回路の時定数[s]に最も近いのはどれか。



- 1. 10
- 2. 20
- 3. 30
- 4. 40
- 5. 50

問題55 強磁性体のヒステリシス曲線を図に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。




- 1. B_r は保磁力である。
- 2. 永久磁石には B_r の大きい材料が適している。
- 3. 電磁石の鉄心には H_c の小さい材料が適している。
- 4. 発生する熱エネルギーはループ面積に反比例する。
- 5. 電磁石の鉄心にはループ面積の大きい材料が適している。

問題56 半導体について正しいのはどれか。

1. 室温中のドナー原子は負イオンになる。
2. 真性半導体のフェルミ準位は伝導帯に位置する。
3. フェルミ準位が禁制帯の上方に位置するほど正孔は多い。
4. pn接合の熱平衡状態では各領域のフェルミ準位は一致する。
5. pn接合の逆方向バイアスでは多数キャリアが接合面を通過する。

問題57 オペレーションアンプ回路を図に示す。出力電圧 V_O [V]で正しいのはどれか。



1. -6.0
2. -3.0
3. -2.7
4. 3.0
5. 6.0

問題58 荷電粒子線による吸収線量を算出するための物理量はどれか。2つ選べ。

1. フルエンス
2. 質量衝突阻止能
3. エネルギーフルエンス
4. 質量エネルギー吸収係数
5. 質量エネルギー転移係数

問題59 照射線量 X を表す式はどれか。

ただし、 ψ は光子のエネルギーフルエンス、 μ_{tr}/ρ は空気に対する質量エネルギー転移係数、 μ_{en}/ρ は空気に対する質量エネルギー吸収係数、 μ/ρ は空気に対する質量減弱係数、 W は空気中で1イオン対を作るのに必要なエネルギー、 e は素電荷とする。

1. $X = \psi \frac{\mu_{tr} e}{\rho W}$

2. $X = \psi \frac{\mu_{en} W}{\rho e}$

3. $X = \psi \frac{\mu_{tr} e}{\rho W}$

4. $X = \psi \frac{\mu_{en} W}{\rho e}$

5. $X = \psi \frac{\mu_{en} e}{\rho W}$

問題60 物理量と単位の組合せで誤っているのはどれか。

1. カーマ ————— J kg⁻¹
2. 阻止能 ————— J m⁻¹
3. 放射能 ————— s⁻¹
4. 吸収線量率 ————— Gy s⁻¹
5. 質量減弱係数 ————— J m² kg⁻¹

問題61 水中の小さな空洞内に満たされた質量 m の空気に q の電離電荷が生じた場合の水吸収線量 D はどれか。

ただし、空気中に1イオン対を生成するための平均エネルギーを W_{air} 、素電荷を e 、空気に対する水の質量衝突阻止能比を $(S_{oi}/\rho)_{w,air}$ とする。

1. $\frac{q}{m e} \frac{W_{air}}{(S_{oi}/\rho)_{w,air}}$

2. $\frac{q}{m e} \frac{W_{air}}{(S_{oi}/\rho)_{w,air}}$

3. $\frac{m e}{q W_{air}} (S_{oi}/\rho)_{w,air}$

4. $\frac{m W_{air}}{q e} (S_{oi}/\rho)_{w,air}$

5. $\frac{m}{q W_{air}} \frac{e}{(S_{oi}/\rho)_{w,air}}$

問題62 放射性試料を検出器で5分間測定し、5500カウントが得られた。また、バックグラウンド計数値は60分間で3000カウントであった。

この試料の正味の計数率[cpm]はどれか。

1. 10
2. 100
3. 1050
4. 1100
5. 2500

問題63 放射線検出器と関係する事項の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. GM計数管 ————— 不感時間
2. 半導体検出器 ————— W 値
3. 自由空気電離箱 ————— 吸収線量測定
4. イメージングプレート ————— フェーディング
5. シンチレーションカウンタ ————— アニーリング